



GH-I UV紫外光固化涂料的挥发物含量的测定仪

GH-I UV紫外光固化涂料的挥发物含量的测定仪是用于紫外光固化涂料的挥发物含量的测定，以及紫外光固化涂料里的低聚物交联固化。

符合标准

GB/T 33374-2016

GB/T 34675-2017

GB 18581-2020

GB 24409-2020

GB 30981-2020

GB/T 38597-2020



主要技术参数

名称	UV紫外光固化涂料的挥发物含量的测定仪
型号	GH-I
辐照距离	80~200mm
冷却方式	空冷排气
功率密度	80—120w/cm
光亮度范围	1000-9500Mmj/Cm2
光谱主峰	365nm
电源	AC220V, 50~60Hz
灯管	高压汞灯
灯管功率	3kW

订购信息

型号	名称
GH-I	UV紫外光固化涂料的挥发物含量的测定仪



上海市青浦区徐泾镇徐旺路18号



021-59884839



cai@moderner.com